

四川国际标榜职业学院
四川国际标榜职业学院教育基金会

医药健康学院护理系实训设备采购

招 标 公 告

招标文件编号：设备招标[2022-011]号

工程项目名称：医药健康学院护理系实训设备采购项目

招 标 单 位：四川国际标榜职业学院

四川国际标榜职业学院教育基金会

2022 年 11 月 23 日

根据学院招标文件有关规定，现将医药健康学院护理系实训设备采购项目采购招标进行公告，请符合要求的单位参与投标，有关事项公告如下：

一、工程项目

医药健康学院护理系实训设备采购项目。

二、招标方式

公开招标。

三、投标人资格

（一）投标人须为独立法人资格的专业企业。

（二）投标人本身长期从事与本项目同类业务生产、经营，有稳定的专业技术人员队伍，并提供相应资质证明材料。

（三）投标人应提供相应品牌设备的代理授权证明。

四、标书购买

标书免费，从学院邮件系统或学院官网公告栏下载。

五、投标说明

（一）投标截止时间：即日起至2022年12月7日12时止。

（二）标书递交地点：

现场递交：学院纪检保卫处办公室。

邮寄递交：四川省成都市龙泉驿区同安街道同策路3号标榜学院谢婉芸老师19980736127。（疫情管控及路途时限风险由投标人自行承担）

（三）踏勘现场：即日起至12月6日，9:00~17:00，不集中安排，自行前往。咨询答疑：汪玲老师18380495136。

建议投标人勘察现场或向汪玲老师了解安装地点、卸货搬运路线、供货安装进度等具体要求，以便准确报价。

(四) 开标时间：2022 年 12 月 7 日 14 时。

(五) 评标方式：综合评标，合理低价投标法。

(六) 供货周期：合同签订后 12 日内供货安装调试完毕。

(七) 投标人不参加评标会，如需参加由招标人另行通知。

(八) 投标保证金：无。

六、招标内容

(一) 报价前置条件：

1. 请严格按照《投标报价表》格式报价，供货商需提供仪器设备的安装调试、培训等服务。因此，投标报价须包括运输、搬运、安装、调试、税费（接受增值税普通发票）等所有费用。

2. 付款方式：合同签订后支付预付款 30%、供货完毕验收合格后支付 65%、质保到期满足售后承诺条件且无质量问题后支付 5%。

(二) 投标报价：

1. 高级组合式基础护理人训练模型技术参数特别要求：

(1) 具有形象逼真、操作真实、拆装方便、结构合理、经久耐用。

(2) 模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转。

2. 双摇床技术参数特别要求：

(1) 规格：长：2130mm±20mm；宽：960mm±10mm；高：500mm±10mm。

(2) 配置：ABS 床头板、刹车轮、不锈钢折叠护栏、引流挂钩、杂

物架。

(3) 床头、床尾板采用 ABS 工程塑料模具一次成型，床尾板外侧设置有一次成型床头卡。

(4) 床头、床尾板有制造商模具一次成型的永久 logo 标志，方便产品永久追溯。

(5) 床头板单个重量 $\geq 4.5\text{KG}$ ，安装后于推手位施加 500N 静力后无损坏（提供第三方检验报告）。

(6) 床面板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚冷轧钢板，床面各段采用整体钢板一次冲压成型。

(7) 外观：各焊接部位应牢固，无漏焊、虚焊，整体无曲翘，无硬伤，无毛刺，无划痕；整床涂层表面光滑平整、无锐边、无毛刺，色彩柔和，色泽均匀，无底露、起泡剥落流挂现象，附着力 1 级；电镀件表面涂层表面色泽均匀，光滑圆润，无针孔麻点，无底露、起泡、剥落、开裂现象。

(8) 病床面板通过 96 小时中性盐雾实验检测表面无红锈、无裂纹（提供第三方检测报告）。

(9) 床板接头采用优质钢件，耐磨，运作无噪音，防折断。

(10) 为防止摇把在不正确使用时损坏，丝杆须具有过盈保护装置。（提供丝杆具有过盈保护装置第三方检测报告）。

(11) 摇把摇动灵活，无卡阻现象，手柄可 $0^\circ - 180^\circ$ 折叠，无负荷时手柄启动力矩 $\leq 0.5\text{N} \cdot \text{m}$ （提供第三方检验报告）。

(12) 病床背板升降采用双臂水平滑动转轴，双滑轮支撑，滑轮在背板轨道中运行。

(13) 病床额定载荷为 $\geq 300\text{kg}$ ，背板折起角度 $(0^\circ - 85^\circ) \pm 2^\circ$ ，

腿板折起角度（0° -55° ）±1°。（提供第三方检验报告）

（14）护栏采用斜拉式折叠护栏，6枝立柱为不锈钢；护栏质量要求：护栏固定牢固，高度≥395mm，长度≥1520 mm，铝合金型材厚度≥1.5mm 护栏，防止发生意外坠床；护栏受力情况要求：承受水平纵向≥350N 推力不得产生影响使用的变形，承受水平横向≥1100N 推力不得产生影响使用的变形(提供第三方检验报告)。

（15）脚轮采用直径≥125mm的高级人造胶静音轮，四轮带刹，推动平稳灵活，制动稳定可靠。

3. 投标报价表：单位（台.个）

序号	名称	型号	规格	品牌 (投标人必须申报)	数量	单价	金额	实物图片(投标人必须申报,可另附图)	备注
1	高级组合式基础护理人训练模型	KAR/2000			30				
2	双摇床(餐板+输液架)	HY103-S-114	2130*960*500mm		36				
3	床头柜	HY408	480*480*760mm		39				
合计									

（三）服务承诺：

1. 本公司承诺：提供整机_____年质保服务。（投标人必须申报）

2. 故障报修响应时间为_____小时，_____小时内到达现场处理。（投标人必须申报）

3. 投标人其他服务优势承诺：

.....

(请投标人完善，能展示服务及售后保障能力水平和自身优势)

七、投标书结构及要求

(一) 标书要求

纸质文档一份、电子文档一份，均密封在一个文件袋内加盖单位公章，密封签上需标注单位联系人及电话。

(二) 投 标 函

致：_____（招标单位）：

根据贵院为_____项目的招标公告（招标编号：_____），签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份、电子文档一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

2. 投标人将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件及全部参考资料和有关附件，并且已对招标人的本次项目的详细情况进行了充分了解，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 电子邮箱：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人授权代表姓名、职务：_____（印刷体）

投标人授权代表签字：_____

投标人名称：_____（盖公章）

开户行：_____

户名：_____

账号：_____

日期：_____年_____月_____日

（三）法定代表人资格证明书

单位名称：_____

地址：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____，系_____（投

标单位名称）的法定代表人，参加_____（项目

名称）采购招标（招标编号：_____）的投标活动，签署投标

文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：_____（盖公章）

日期：_____年_____月_____日

附：企业营业执照、行业许可证等相关资质证书（必须提供）。

(四) 法定代表人授权书

本授权书声明：我_____（姓名）系_____（投标单位名称）的法定代表人，现授权_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加_____（招标单位）组织的_____项目招标（招标编号：_____）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：_____性别：_____年龄：_____

单位：_____部门：_____职务：_____

投标单位：（盖章）：_____

法定代表人：（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：投标人法定代表人参加投标的无须提供该委托书。

附：被授权人的身份证复印件：

(五) 近三年内类似业务业绩

项目名称	服务对象名称	主要服务项目内容	合同金额(元)	项目用户联系人及手机

注：

1. 投标人须提供近三年内类似业务业绩情况。近3年内是指由投标截止日上溯到3周年始；
2. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

3. 投标人代表签字：_____（盖公章）

日期：_____年____月____日

(六) 上述第六项“招标内容”各项全部资料