

四川国际标榜职业学院
体育与旅游学院宠物医院建设及设备采购项目

招 标 文 件

招标文件编号：设备招标[2026-011]号

工程项目名称：体育与旅游学院宠物医院建设及设备采购

招 标 单 位：四川国际标榜职业学院

招 标 时 间：2026 年 8 月 28 日

根据学院招标管理办法有关规定，现将体育与旅游学院宠物医院建设及设备采购安装项目进行公开招标，欢迎有意愿且符合要求的单位参与投标。有关事项公告如下：

一、项目概况

四川国际标榜职业学院体育与旅游学院配套宠物临床医院总建筑面积 300 余平米，位于圣景路 211 号九逸舍 2 期 5 号楼 1 单元负二楼，医院严格依照动物诊疗机构规范划分接诊问诊、影像化验、外科手术、住院护理、药房等全功能分区，设备配置覆盖宠物诊疗全套临床器械。院区采用教学与临床一体化运营模式，既是宠物医疗技术专业核心全真实训场地，同步对外开展合规宠物诊疗服务，落实岗课赛证融合教学要求。基地可完整承载门诊接诊、外科手术、疾病检验、住院养护全流程实操教学，为学生提供连贯临床跟岗实践，培育全能型宠物医疗技能人才。本次设备采购拟通过招标方式确定供货服务单位。

二、招标方式

公开招标。

三、投标人资格

（一）投标人应为独立法人资格的专业厂商，单位财务状况良好，征信正常，无重大安全质量事故。

（二）投标人本身长期从事与本项目同类业务经营，有稳定的专业技术人员队伍，并提供相应资质证明材料。

（三）投标人须具有良好的信用记录。没有被国家信用信息公示系统官网、“信用中国”等网站平台列入征信异常、失信人员、重大税收违法案件当事人，没有被其他学校列入厂商黑名单，投标时需提交承诺函。

（四）投标人近三年内无重大违法、违规和违约行为，无因产品质量导致发生的任何安全责任事故等，投标时需提交承诺函。

四、招标文件获取

（一）招标文件成本费用 300 元。对公转账：

收款人：四川国际标榜职业学院

账号：511620011018160048910

开户行：交通银行成都龙泉驿龙鑫支行

转账备注：宠物医院建设及设备采购项目招标文件成本费（必须备注）

开票信息备注：单位名称_____，统一社会信用代码/纳税人识别号_____（必须申报，以便即时开票，如果需

要在发票上体现其他信息，可补充）。招标人提供的开票项目名称为【*现代服务*其他现代服务】。

（二）该费用一经转付，招标人一概不予退还。未交纳招标文件成本费用的，投标无效。

（三）招标文件获取联系人：晋老师 13608014838（微信同号）。本文件是正式招标文件，招标人不提供纸质招标文件。将转账凭证、营业执照发给晋老师进行投标报名登记。

五、投标说明

（一）投标起止时间：即日起至 2026 年 9 月 7 日 15:00 时止。

（二）现场标书递交地点：四川国际标榜职业学院保卫处办公室（联系人：叶老师 18180689635）。

接受邮寄提交方式，标书邮寄地址及接收人：成都市龙泉驿区同安街道同策路 3 号标榜学院彭老师 15228861859。邮寄路途耗时风险由投标人自行承担。

（三）开标时间：2026 年 9 月 8 日 9:30。

（四）现场踏勘及答疑：

咨询答疑：彭老师 15228861859。

不集中安排答疑澄清会议，投标人自行决定是否踏勘现场。需要踏勘现场的，即日起至 2026 年 9 月 4 日 9:00-16:00 自行前往，提前与彭老师预约到校时间。投标人需招标人正式澄清的问题，应在投标

截止前三日内书面传给招标人。

（五）评标方式：综合评分评标法。

（六）投标人不参加评标会，如需参加由招标人另行通知。

（七）投标保证金：10000 元（壹万元整）。

1.收款账户：

收款人：四川国际标榜职业学院

账号：511620011018160048910

开户行：交通银行成都龙泉驿龙鑫支行

转账备注：宠物医院建设及设备采购项目投标保证金（必须备注）

2.未交纳投标保证金，投标无效。将投标保证金转账电子凭证或复印件装订在投标文件中。

3.投标保证金退还：

如中标，中标后投标保证金自动转为履约保证金，待完成供货安装验收后 28 日内，无息返还给投标人。

如未中标，且无串标、无其他弄虚作假投标行为，投标保证金于 5 个工作日内无息原路径退回。

如弃标（中标人在收到中标通知书后，无正当理由不在规定时间内与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件等），或投标人违反其在投标文件中的承诺，或存在任何形式的串通投标或以其他方式弄虚作假投标行为，或存在法律法规规定的其他扣收投标保证金情形的，投标保证金不予退还。

（八）投标费用：

投标人承担的所有与准备和递交投标文件有关的费用，无论投标过程结果如何，招标人在任何情况下不负责该费用。

六、招标内容

（一）报价说明

1. 投标报价应包含全部设备、辅助材料、深化设计及图纸、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、税费（增值税普通发票）、劳保、技术支持与培训、保修以及其它不可预见的风险因素等在内的所有一切包干费用。

2. 相关费用计入投标报价表所列项目中，不得另行加栏、列项。

（二）付款方式（强制响应条款，列入供货合同）

签订合同后支付10%预付款，供货安装完毕通过验收支付85%，质保期满且符合质保、售后服务约定支付5%。

（三）功能需求及技术参数基本要求

1. 投标人**报价前务必阅知以下功能需求和技术参数基本要求**，如果投标“品牌范围”以外其他品牌的，须保证全部技术参数、性能、安全、售后标准不低于参考品牌同等档次水平，并提供检测报告、原厂资料证明达到同等档次，否则做无效投标处理。

2. 项目配套技术服务总体要求：本项目 DR、超声、麻醉工作站设备安装调试完成后，中标人须安排对应专业技术人员驻场服务满 1 个月，并提供人员资质。

序号	设备名称	型号/规格	数量	单位	品牌范围	主要技术参数及功能需求	备注
1	麻醉工作站	V5 PLUS	2	台	Samvet 、科曼、迈瑞、德尔格、GE	1、屏幕：10 寸以上彩色触摸屏； 2、气源：氧气和空气：或者中央氧气源 3、接头类型：DISS 或 NIST 4、快供阀：25 - 75 L/min 5、电源：输入电压 100-240 V、频率 50/60 Hz、锂电池 6600 毫安。 6、呼吸回路系统：0-1600ml 8、蒸发器：七氟醚 S 接口 9、呼吸机： AVS, VS, VCV, PCV, SIMV-V, SIMV-P, SOPNT/PSV (CPAP/PS), 备份通气 (VCV/PCV)。	

序号	设备名称	型号/规格	数量	单位	品牌范围	主要技术参数及功能需求	备注
						10、频率：4~100 bpm（VCV/PCV/PRVC），1~40 bpm（SIMV） 11、潮气量：5 - 1500 ml 12、压力触发灵敏度：-20 ~ -1 cmH2O 13、压力限制：6 ~ 100 cmH2O 14、安全标配：SP02、ETC02（防水）、氧电池、制氧机 10L（与麻醉工作站进行联动） 15、拓展功能：VGA、AG、BIS 16、适用动物：犬、猫、猪、鼠（150 克）、兔、爬行类的 ET 插管麻醉和鸟类的面罩等宠物麻醉。 17、配备具备中级麻醉能力人员驻场满 1 个月，全部人工食宿等所有费用由中标公司承担，项目方不再额外承担。	
2	监护仪	VM80	1	台	理邦、安科、迈瑞、科曼、宝莱特、GE	1、屏幕：12 寸以上触摸屏幕 2、电源：AC220V 和直流电。 3、电池：锂电 2800mAh 以上 4、标配：ETC02 主流/旁流（无积水杯）、采样管、EGC 三导联 1 个、ECG 食道探头 1 个、血氧探头 1 个、体温探头 1 个、血压管 1 个、多次使用血压袖带 5 个、电源线等。 5、血氧探头、ECG 食道探头等为通用耗材。	
3	V 型手术台	Thxs-01	1	台	普佳、同汇兴、Aeolus Pet	1、规格：1400*650mm;高度 760*1060mm 2、其它：带积水收集槽、恒温加热、电动升降 3、材料：304 不锈钢（Ni 含量达国标） 4、可支持药水检测	

序号	设备名称	型号/规格	数量	单位	品牌范围	主要技术参数及功能需求	备注
4	普通手术台	Thxs-03	1	台	普佳、同汇兴、 Aeolus Pet	1、规格：1300*600mm;高度 500*1070mm 2、其它：带积水收集槽、恒温加热、电动升降 3、材料：304 不锈钢（Ni 含量达国标） 4、可支持药水检测	
5	微量注射泵	10ml-50ml 注射器适用	2	台	恒丰、比杨、迈瑞	1、KVO:0.1-5ml 可调 2、屏幕：3.5 寸彩屏 3、电池：锂电（ $\leq 3000\text{mAh}$ ） 4、通用电池接口，后期可自行更换	
6	软件组织外科器械	双层铝合金 套盒	2	台	拜尔斯、欣捷斯、 百舍、嘉锦、	1、明细：26 件套(140mm 巾钳 4 把、140mm 直止血钳 3 把、 140mm 弯止血钳 3 把、140mm 组织钳 2 把、140mm 镶片直尖剪 1 把、140mm 镶片直圆剪 1 把、精细剪 1 把、带刻度 4 号刀 柄 1 把、140mm 镶片持针剪线钳 1 把、卵巢拉钩 1 把、皮肤 拉钩 1 把、绝育钳子 1 把、爱迪生有齿镊 1 把、爱迪生有齿 镊 1 把、器械固定托盘 2 个、盒子 1 个、盖子 1 个) 2、工艺：剪刀、持针剪线钳必须为镶片工艺 3、盒子规格：70mm*185mm*300mm，厚度 2mm 以上 4、要兼具绝育、软组织外科、眼科、基础骨科通路等手术。	

序号	设备名称	型号/规格	数量	单位	品牌范围	主要技术参数及功能需求	备注
7	超声刀	AH600	1	台	瑞奇、迈科维、安和、迈瑞	1、换能器：能重复使用，无次数限制，可高温灭菌。 2、刀头：手柄刀杆分离 3、能量要求：五档位 55kHz±1kHz 4、使用血管：5mm 以下 5、开机校验：开机自检 6、振幅范围：20-100um 7、其他：CE 认证、具备国械准字 8、换能器与刀头开放，适配第三方厂家	
8	手持数字 X 光机（兽用牙科 DR）	21mm*21mm	1	台	八颗牙、幽兰	1、手持 X 光机+传感器板子 2、管电压：65 kV 3、管电流：2.6 mA 4、曝光时间：0.01 - 2 秒（20 档以上可调） 5、焦点尺寸：0.4 mm 6、泄漏辐射：≤0.25 mGy/h 7、最大 X 射线管电压：70 kV 8、软件：具有犬、猫等不同动物的牙齿图谱模型，可以一键诊断牙冠、牙周、根管 9、电源：内置锂电池。	
9	超声	Acclarix CX6 VET	1	台	迈瑞、理邦、开立、飞依诺	1、全数字化处理通道≥1100000（实际为 1105920），帧频采集能力≥500 帧/秒（实际为 585 帧/秒） 2、主机一体化高灵敏度彩色液晶触摸屏≥14 英寸， 触摸屏可独立调整角度，显示器 21.5 寸。 3、触摸屏界面可手动进行拖拽改变控件位置，无需其他设	

序号	设备名称	型号/规格	数量	单位	品牌范围	主要技术参数及功能需求	备注
						置条件 4、控制面板可电动控制升降,可独立自由旋转。 5、主机标配可激活探头接口 5 个,大小一致,互通互用。 标配 5 个探头(心脏大探头(单晶)、心脏小探头(单晶)、线阵、小凸、大凸) 6、支持全域动态聚焦,全场无焦点,即支持全程发射及全程接收聚焦,使图像近、中、远场保持均匀一致 7、空间复合成像,曲别针试验可显示 ≥ 3 条线(最好为 9 条) 8、键盘上设置产科专用测量键,能一键选择任意产科常用参数测量 9、内置自助超声教学系统,包括解剖示意图、扫查手法图、标准超声声像图、扫查方法描述等 10、最大显示深度: $>42\text{cm}$ 11、频谱多普勒取样宽度及位置范围: 宽度 0.5-20mm 12、支持设备无线传输图像到移动设备终端 13、锂电池内置 14、配备具备中级心超能力人员驻场满 1 个月,并满足中级心超基数要求,全部人工食宿等所有费用由中标公承担,项目方不再额外承担。	
10	数字 X 光机 (DR)	DR-Model 1	1	台	华东、东软、必康	1、碘化铯非晶硅平板,像素尺寸 139 微米,像素矩阵 2912X2912 2、东芝进口球管 140kHU, 高压发生器管电压 40kV-125kV3	

序号	设备名称	型号/规格	数量	单位	品牌范围	主要技术参数及功能需求	备注
						3、平板：像素尺寸 $\leq 139 \times 139 \mu\text{m}$ ；像素矩阵： $\geq 2912 \times 2912$ ； 成像尺寸 $\geq 17 \times 17$ 英寸 4、高压发生装置：最大输出功率 $\geq 32\text{kW}$ 5、软件：配置 LIS、云端系统、7 项测量包、 6、床面方向：四向移动 7、最大照射野：43cm $\times$ 43cm 8、探测器品牌：奕瑞 9、配备具备 DR 判读能力人员驻场满 1 个月，全部人工食宿等所有费用由中标公承担，项目方不再额外承担。	
11	兽用全自动生化分析仪	滤片式	1	台	芯生、微纳芯、聚焦	1、检测方式：滤片式 2、试剂类型：冻干微球 3、配 lis 平台 4、样本类型：全血、血清、血浆、尿液 5、加样量：100-120ul 6、可做项目：生化、电解质、凝血 7、试剂价格：血气 33 元、生化 10 项 33 元、生化 19 项 33 元、生化 24 项 60 元（含专票费用）三年不变价格。 8、其他：无任务量、无预存款等相关市场宠物医院的要求	
12	犬住院笼	304 不锈钢	1	台	普佳、同汇兴、Aeolus Pet	1、类型：湿式带托盘 2、规格：长 1220 $\times$ 深 700 $\times$ 高 1570 3、材料：304 不锈钢（Ni 含量达国标） 4、可支持药水检测	

序号	设备名称	型号/规格	数量	单位	品牌范围	主要技术参数及功能需求	备注
13	猫住院笼	305 不锈钢	1	台	普佳、同汇兴、 Aeolus Pet	1、类型：湿式带托盘 2、规格：长 1220 ×深 700 ×高 1570 3、材料：304 不锈钢（Ni 含量达国标） 4、可支持药水检测	
14	高压灭菌锅	立式自控型 35L	1	台	华泰、新丰、中友、 江阴滨江	1、类型：立式 2、容积：35L 3、工作温度：最高 134 度 4、工作压力：最高 0.22Mpa *5、控制模式：微电脑自控型 6、供电功率：AC220V/50Hz, 加热功率不超 2.5kw 7、安全保护：缺水断电、超压自泄、超温断电、漏电保护。 8、排气方式：下排气 9、使用年限：5-8 年 10、材 料：304 不锈钢（Ni 含量达国标） 11、密封圈：硅胶嵌入式或垫入式 10、其 它：加热圈开放，可适配第三方。 11、加热方式：整体一体化全电加热医用立式压力蒸汽灭菌器。严禁煤电两用。	
15	不锈钢配药 台	不锈钢台面	1	台	随机	120-150 米长，上下带锁带门，冷扎钢体+不锈钢台面	
16	冷藏柜	总 L400-900L	1	台	随机	温度范围 2-8 度、免倒水、支持 GSP 过检，以用于办证。	

序号	设备名称	型号/规格	数量	单位	品牌范围	主要技术参数及功能需求	备注
17	冷冻柜	380L 以上	1	台	海尔、TCL、奥克斯、新飞	最低温度-18 度 ~-20 度，能急冻。长 1200mm 以上	
18	动物医院 SAAS 系统	联网版	1	套	vPET、讯德、北京 易宠	1、客户端：不限 2、拓展性：能与 PACS 和 LIS 等系统与相关仪器设备端对端对接。 3、云端：标配云端功能 4、文件：支持农业农村部规格文件直接对接，并可由医院人员使用 FastReport 进行编辑再处理。 5、判读：AI 云判读最少 1 年。 6、系统质保期满后，每年维保续费不超过 300 元。	

(四) 投标报价表

序号	设备名称	品牌 (请 投标人 申报)	型号及 规格 (请投 标人申 报)	功能及技 术参数 (请投 标人申 报)	数 量	单 位	单 价	金 额	备 注	参 考 产 品 图 片
1	麻醉工作 站				2	台				
2	监护仪				1	台				
3	V 型手术 台				1	台				
4	普通手术 台				1	台				
5	微量注射 泵				2	台				
6	软件组织 外科器械				3	台				
7	超声刀				1	台				
8	手持数字 X 光机(兽 用牙科 DR)				1	台				
9	超声				1	台				
10	数字 X 光 机 (DR)				1	台				
11	兽用全自 动生化分 析仪				1	台				
12	犬住院笼				1	台				
13	猫住院笼				1	台				
14	高压灭菌 锅				1	台				
15	不锈钢配 药台				1	台				
16	冷藏柜				1	台				
17	冷冻柜				2	台				
18	动物医院 SAAS 系统				1	台				
合 计										

（五）服务承诺：

1. 供货商至少提供质保_____年服务，并免费延保_____年。（**投标人必须申报**）

2. 质保、售后配套技术服务方案：（投标人必须申报，该方案为评标重要参考依据）

3. 投标人其他服务优势承诺：

.....

（请投标人完善，能展示服务及售后保障能力水平和自身优势）

七、投标文件格式及提交的资料

（一）标书要求

纸质文档一份、电子文档一份，均密封在一个文件袋内加盖单位公章，密封签上需标注单位联系人及电话。**未密封的投标文件无效。**

（二）投 标 函

致：_____（招标单位）：

根据贵院为_____项目的招标公告（招标编号：_____），签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份、电子文档一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

2. 投标人将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件及全部参考资料和有关附件，并且已对招标人的本次项目的详细情况进行了充分了解，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 电子邮箱：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人授权代表姓名、职务：_____（印刷体）

投标人授权代表签字：_____

投标人名称：_____（盖公章）

开 户 行：_____

户 名：_____

账 号：_____

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

（三）法定代表人资格证明书

单位名称：_____

地 址：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____，系 _____

（投标单位名称）的法定代表人，参加_____

（项目名称）采购招标（招标编号：_____）的投标活动，

签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

日期： 年 月 日

(四) 法定代表人授权书

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

单位: _____ 部门: _____ 职务: _____

投标单位：（盖章）：

法定代表人：（签字）：_____

日期： 年 月 日

注：投标人法定代表人参加投标的无须提供该委托书

附：被授权人的身份证复印件：

--	--

(五) 近两年内类似业务业绩

项目名称	服务对象名称	主要服务项目内容	合同金额 (元)	项目用户联系人及手机

注：

1. 投标人须提供近两年内类似业务业绩情况。近 2 年内是指由投标截止日上溯到 2 周年始。
2. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。
3. 投标人代表签字：_____（盖公章）

日期：_____年_____月_____日

(六) 上述第六项“招标内容”各项全部资料。

1. 报价说明
2. 付款方式
3. 招标项目功能需求及技术参数
4. 投标报价表
5. 服务承诺